

INSTRUCTIONS RELATIVES AU PORT DE LA COQUILLE DE RÉTENTION / REMPLACEMENT

Nous vous avons remis aujourd'hui votre gouttière de rétention, avec ou sans dent postiche de remplacement. Les objectifs de l'appareil sont de prévenir le déplacement des dents adjacentes et opposées et d'offrir un remplacement temporaire de la/des dent(s) manquante(s) avant la pose de la/des couronne(s) permanente(s). Pour s'assurer que l'appareil remplit ses fonctions, vous trouverez ci-dessous les instructions d'utilisation et d'entretien à suivre:

Appareil sans dent postiche

- L'appareil doit être porté la nuit seulement.
- Il est possible que vous ressentiez une légère pression sur vos dents initialement. Une période d'adaptation de quelques jours est à prévoir.
- Rincez l'appareil sous l'eau froide ou tiède le matin et nettoyez la portion intérieure avec une brosse à dents. Utilisez un savon à main, ou encore des pastilles nettoyantes en vente à cet effet à la pharmacie, pour le garder propre. Lorsque l'appareil n'est pas en bouche, laissez-le dans la boîte remise à cet effet.

Appareil avec dent postiche de remplacement

- L'appareil de rétention avec dent postiche doit être porté le jour et retiré la nuit.
- L'appareil doit être enlevé lorsque vous mangez et brossez vos dents. Il peut être conservé quand vous buvez de l'eau, mais doit être retiré lors de la consommation des autres liquides.
- Rincez l'appareil sous l'eau froide ou tiède le matin et nettoyez la portion intérieure avec une brosse à dents. Utilisez un savon à main, ou encore des pastilles nettoyantes en vente à cet effet à la pharmacie, pour le garder propre. Lorsque l'appareil n'est pas en bouche, laissez-le dans la boîte remise à cet effet.

Instructions générales

- Gardez les appareils loin de toute source de chaleur. Le plastique peut déformer lorsque chauffé.
- Si vous êtes incapable d'insérer l'appareil ou que celui-ci est visiblement déformé ou brisé, SVP nous en aviser le plus tôt possible. Un nouvel appareil pourrait s'avérer nécessaire. Des frais pourraient s'appliquer.
- Lorsque l'appareil n'est pas en bouche, il doit être inséré dans la boîte qui vous a été remise à cet effet. Prenez note que les chiens et les chats détruiront les appareils s'ils en prennent possession!
- L'altération d'une ou de plusieurs dents en raison d'un traitement dentaire requiert un ajustement de l'appareil. Veuillez nous aviser le plus tôt possible si cela se produit. Dans certains cas, la fabrication d'un nouvel appareil peut s'avérer nécessaire.

La mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner le déplacement des dents adjacentes et empêcher la fabrication de la/des couronne(s) sur implant. Un traitement orthodontique pourrait alors être nécessaire pour corriger la situation. Ce type de traitement augmente les coûts et la durée totale du traitement. Il est donc important de nous aviser si vous n'êtes pas en mesure de porter votre appareil. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.